

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 7 月

温度計:RTR501BL
 シリアル番号: 528022F4 (4~9月)※恒A
528022AB (10~3月)※恒B
 恒温庫:MIR-254

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 8月 1日

X2 ERROR
 15 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	7/1	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	7/2	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	7/3	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	7/4	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	7/5	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	7/8	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	7/8	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	7/8	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	7/9	9:00	19.7	20.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	7/10	9:00	19.7	20.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	7/11	9:00	19.7	20.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	7/12	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	7/16	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	7/16	9:00	19.7	20.2 [*]	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	* ERROR 16/7/2024 H.H
15	7/16	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	7/16	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	7/17	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	7/18	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	7/19	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	7/20 ^{*2}	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	7/21 ^{*2}	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	7/22	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	7/23	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	7/24	9:00	19.7	20.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	7/25	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	7/26	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	7/29	9:00	19.7	20.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	7/29	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/29	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/30	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	7/31	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント
 *2 確認日の誤記修正を確認した。高砂 美和子

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 24 年 7 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F3 (4~9月)※室A
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 8 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	7/1	9:00	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	7/2	9:00	21.7 ⁵	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	7/3	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	7/4	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	7/5	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	7/8	9:00	21.5 ³	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	*ERROR 08 Jul 2024 H.H
7	7/8	9:00	21.5 ⁴	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	*08 Jul 2024 *ERROR H.H
8	7/8	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	7/9	9:00	21.2	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	7/10	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	7/11	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	7/12	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	7/16	9:00	21.3	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	7/16	9:00	21.5	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	7/16	9:00	21.6	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	7/16	9:00	21.6	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	7/17	9:00	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	7/18	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	7/19	9:00	21.4	21.8 ⁹	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	*ERROR 19 Jul 2024 H.H
20	7/20 ²²	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	7/21 ²²	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	7/22	9:00	21.6	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	7/23	9:00	21.5	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	7/24	9:00	21.3	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	7/25	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	7/26	9:00	21.1	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	7/29	9:00	21.0	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	7/29	9:00	21.1	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/29	9:00	21.2	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/30	9:00	21.1	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	7/31	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

*4 ERROR 15 Jan 2025 H.H

その他、コメント

*4 確認日の誤記修正と確認印: 高砂 美和子

*ERROR
2024.7.2
H.H

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24 年 7 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022FF (4~9月)※冷①A
528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2024 年 6 月 1 日

X1 ERROR 15 Jan 2026
H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	7/1	9:00	3.8	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	7/2	9:00	3.8	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	7/3	9:00	3.8	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	7/4	9:00	4.1	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	7/5	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	7/8	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	7/8	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	7/8	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	7/9	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	7/10	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	7/11	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	7/12	9:00	4.2	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	7/16	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	7/16	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	7/16	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	7/16	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	7/17	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	7/18	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	7/19	9:00	4.2	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	7/20 [*]	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	7/21 [*]	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	7/22	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	7/23	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	7/24	9:00	4.2	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	7/25	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	7/26	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	7/29	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	7/29	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/29	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/30	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	7/31	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

*1 確認日の誤記係子を確認して、高砂美和子

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 24 年 7 月

温度計:RTR501BL
 シリアル番号: 528022E6 (4~9月)※冷②A
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2024 年 8 月 1 日

X1 ERROR 15 JUN 2025
H-H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	7/1	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	7/2	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	7/3	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	7/4	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	7/5	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	7/8	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	7/8	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	7/8	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	7/9	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	7/10	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	7/11	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	7/12	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	7/16	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	7/16	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	7/16	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	7/16	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	7/17	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	7/18	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	7/19	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	7/20 ²¹	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	7/21 ²²	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	7/22	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	7/23	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	7/24	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	7/25	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	7/26	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	7/29	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	7/29	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/29	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/30	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	7/31	9:00	5.6	5.8	H-H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント
 *1 確認日の表記修正を記録した。高砂 美和子

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 7 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022EC (4~9月)※冷③A

528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024 年 8 月 1 日

X1 ERROR
15 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	7/1	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	7/2	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	7/3	9:00	4.1	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	7/4	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	7/5	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	7/8	9:00	4.4 ³	4.5 ⁹	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	7/8	9:00	4.4	4.5 ⁶	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	* ERROR 08 Jul 2024 L.L.L
8	7/8	9:00	4.4	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	7/9	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	7/10	9:00	4.3	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	7/11	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	7/12	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	7/13 ¹⁰	9:00	4.0	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	* ERROR 16 Jul 2024 H.H
14	7/16	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	7/16	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	7/16	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	7/17	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	7/18	9:00	4.2	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	7/19	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	7/20 ²¹	9:00	4.4	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	7/21 ²²	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	7/22	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	7/23	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	7/24	9:00	4.4	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	7/25	9:00	4.5	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	7/26	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	7/29	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	7/29	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/29	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/30	9:00	4.1	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	7/31	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

*1 確認日の誤記修正と確認日: 高砂 美和子

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24年 7月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 8月 1日

* (ERROR 15 Jan 2025 H.H)

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	7/1	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	7/2	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	7/3	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	7/4	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	7/6	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	7/8	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	7/8	9:00	4.4	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	7/8	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	7/9	9:00	4.4	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	7/10	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	7/11	9:00	4.4	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	7/12	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	7/16	9:00	4.3	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	7/16	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	7/16	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	7/16	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	7/17	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	7/18	9:00	4.0	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	7/19	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	7/20 ²²	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	7/21 ²²	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	7/22	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	7/23	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	7/24	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	7/25	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	7/26	9:00	4.0	4.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	7/29	9:00	4.0	4.4	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	7/29	9:00	4.1	4.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/29	9:00	4.1	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/30	9:00	4.1	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	7/31	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

* 1. 確認日の誤記修正に9/17確認 LT. 高砂 美和子