

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F4 (4~9月)※恒A
528022AB (10~3月)※恒B

治験薬管理者: 高砂 美和子
09. 07. Jan. 2025. H.H.

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2024年 1 月 7 日

X1 ERROR 15 Jun 2025 H.H.

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1 2	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/3	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/4	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	9:00	19.9	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7 9	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8 9	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/10	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/11	9:00	19.9	20.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	9:00	19.9	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14 16	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15 16	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/17	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/18	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	9:00	19.9	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21 22	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22 23	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/24	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/25	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28 30	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	12/29 30	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/30	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	12/31 10	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

X1 確認日の誤記修正と確認日: 高砂 美和子

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 24 年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F3 (4~9月)※室A
☑528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2025年 1 月 7 日

*1 ERROR 15 Jan 2025
H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1 ²	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/3	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/4	9:00	21.5	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	9:00	21.6	21.8	A.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7 ⁹	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8 ⁹	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/10	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/11	9:00	21.3	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14 ¹⁶	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15 ¹⁶	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/17	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/18	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	9:00	21.7	22.0	A.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21 ²³	9:00	21.6	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22 ²³	9:00	21.7	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	9:00	21.7	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/24	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/25	9:00	21.7	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	9:00	21.7	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28 ³⁰	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	12/29 ³⁰	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/30	9:00	21.6	22.0	H.H	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	12/31 ⁶	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

*1 確認日の誤記を修正し確認した。高砂 美和子

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24 年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022FF (4~9月)※冷①A
 □528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美初子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2025 年 1 月 7 日

X2 ERROR 15 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1 ^{x2}	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/3	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/4	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	9:00	4.7	5.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/10	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/11	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14 ^{x2}	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15 ^{x2}	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/17	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/18	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	9:00	4.7 [*]	5.1 [*]	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21 ^{x2}	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22 ^{x2}	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/24	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/25	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28 ^{x2}	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	12/29 ^{x2}	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/30	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	12/31 ^{x2}	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他コメント

*2 確認日の綴り字を正しく入力した。高砂 美初子

別紙薬温③

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所②)

20 24年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022E6 (4~9月)※冷②A
□528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2025年 1 月 7 日

*3 ERROR
15 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1 ²	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/3	9:00	5.4 ⁵	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/4	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	9:00	5.5	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7 ⁸	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8 ⁹	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/10	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/11	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14 ¹⁵	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15 ¹⁶	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/17	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/18	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	9:00	5.4	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21 ²²	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22 ²³	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/24	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/25	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28 ²⁹	9:00	5.4	5.7 ⁸	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	12/29 ³⁰	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/30	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	12/31 ¹	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

*1 ERROR
24 Dec 2024
H.H

*2 ERROR 30 Dec 2024 H.H

その他、コメント

*3 確認日の誤記修正を 確認 (T: 高砂 美和子)

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 12 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: □528022EC (4~9月)※冷③A
 □528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2025年 1 月 7 日

X1 ERROR
15 Jan 2025 H-H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/4 ^{X1}	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/3	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/4	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7 ^{X1}	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8 ^{X1}	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/10	9:00	4.3	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/11	9:00	4.3	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	9:00	3.9	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14 ^{X1}	9:00	3.5	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15 ^{X1}	9:00	3.7	3.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	9:00	3.7	3.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/17	9:00	3.7	3.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/18	9:00	3.7	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	9:00	3.8	3.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	9:00	3.7	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21 ^{X1}	9:00	3.7	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22 ^{X1}	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	9:00	3.9	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/24	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/25	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28 ^{X1}	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	12/29 ^{X1}	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/30	9:00	3.9	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	12/31 ^{X1}	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

*1 万層紙の温度修正と確認日: 高砂 美和子

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F6 (4~9月)※冷④A
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美初子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2025 年 1 月 7 日

*1 ERROR 15 Jan 2025
 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1 ²	9:00	4.2	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/3	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/4	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7 ⁹	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8 ⁹	9:00	4.3	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/10	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/11	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14 ¹⁶	9:00	4.3	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15 ¹⁶	9:00	4.3	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/17	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/18	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	9:00	4.0	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21 ²³	9:00	4.0	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22 ²³	9:00	4.0	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/24	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/25	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	9:00	4.0	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28 ³⁰	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	12/29 ³⁰	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/30	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1 ⁷ /31	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント
 *1 確認日の誤記修正は7/17 確認は: 高砂 美初子