

別紙薬温⑤

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

2025年 2月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F4 (4~9月)※恒A  
528022AB (10~3月)※恒B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2025年 3月 5日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/3	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/3	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/3	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/4	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	2/5	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	2/6	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/7	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/10	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/10	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/10	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	2/12	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	2/12	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	2/13	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/14	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/17	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/17	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/17	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/18	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	2/19	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	2/20	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/21	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/22	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	2/23	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/24	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/25	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	2/26	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	2/27	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	2/28	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

\*1 ERROR  
 25 Feb 2025  
 H.H

別紙薬温①

## 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 25 年 2 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F3 (4~9月)※室A  
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2025 年 3 月 5 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/3	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/3	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/3	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/4	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	2/5	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	2/6	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/7	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/10	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/10	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/10	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	2/12	9:00	21.1	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	2/12	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	2/13	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/14	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/17	9:00	21.1	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/17	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/17	9:00	21.5	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/18	9:00	21.1	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	2/19	4:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	2/20	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/21	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/25	9:00	21.1	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	2/25	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/25	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/25	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	2/26	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	2/27	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	2/28	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 25 年 2 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022FF (4~9月)※冷①A  
528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美穂子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2025年3月5日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/3	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/3	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/3	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/4	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	2/5	9:00	4.6	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	2/6	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/7	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/10	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/10	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/10	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	2/12	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	2/12	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	2/13	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/14	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/17	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/17	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/17	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/18	9:00	4.6	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	2/19	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	2/20	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/21	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/25	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	2/25	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/25	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/25	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	2/26	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	2/27	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	2/28	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20. 25 年 2 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: 528022E6 (4~9月)※冷②A  
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2025年3月5日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/3	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/3	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/3	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/4	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	2/5	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	2/6	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/7	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/10	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/10	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/10	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	2/12	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	2/12	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	2/13	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/14	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/17	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/17	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/17	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/18	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	2/19	9:00	5.6	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	2/20	9:00	5.7	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/21	9:00	5.7	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/25	9:00	5.6	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	2/25	9:00	5.7	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/25	9:00	5.7	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/25	9:00	5.6	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	2/26	9:00	5.7	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	2/27	9:00	5.7	6.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	2/28	9:00	5.8	6.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 25 年 2 月

温度計:RTR501BL  
 シリアル番号: □528022EC (4~9月)※冷③A  
                   ☑528022FE (10~3月)※冷③B  
 冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子  
 確認日(西暦): 2025年 3月 5日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/3	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/3	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/3	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/4	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	2/5	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	2/6	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/7	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/10	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/10	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/10	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	2/12	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	2/12	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	2/13	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/14	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/17	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/17	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/17	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/18	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	2/19	9:00	3.8	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	2/20	9:00	3.8	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/21	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/25	9:00	3.7	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	2/25	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/25	9:00	3.7	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/25	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	2/26	9:00	3.8	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	2/27	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	2/28	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 25 年 2 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A  
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2025年 2月 5日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/3	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/3	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/3	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/4	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	2/5	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	2/6	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/7	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/10	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/10	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/10	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	2/12	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	2/12	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	2/13	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/14	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/17	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/17	9:00	4.1	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/17	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/18	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	2/19	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	2/20	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/21	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/25	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	2/25	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/25	9:00	4.1	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/25	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	2/26	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	2/27	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	2/28	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント