

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 25 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022F3 (4~9月)※室A
☐528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2025 年 9 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	21.2	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
2	8/4	9:00	21.0	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
3	8/4	9:00	21.5	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	21.5	21.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	21.1	21.8	K.W	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	21.5	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	20.9	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
8	8/8	9:00	21.1	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
9	8/12	9:00	21.4	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
10	8/12	9:00	21.6	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	21.7	22.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	21.7	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	21.1	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	21.1	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
15	8/15	9:00	21.5	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
16	8/18	9:00	21.4	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
17	8/18	9:00	21.5	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	21.6	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	21.4	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	21.1	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	21.2	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
22	8/22	9:00	21.1	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
23	8/25	9:00	21.3	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
24	8/25	9:00	21.6	22.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	21.7	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	21.4	22.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	21.4	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	21.6	21.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
29	8/29	9:00	21.3	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
30	9/1	9:00	21.0	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
31	9/1	9:00	21.6	21.8	H.H	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫①)

20 25 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022F4 (4~9月)※恒①A
☐528022AB (10~3月)※恒①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2025年 9 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
2	8/4	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
3	8/4	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	19.7	20.2	H.H	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	19.7	20.3	K.W	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	19.7	20.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
8	8/8	9:00	19.8	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
9	8/12	9:00	19.8	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
10	8/12	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	19.7	20.2	H.H	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
15	8/15	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
16	8/18	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
17	8/18	9:00	19.7	20.2	H.H	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	19.7	20.2	H.H	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
22	8/22	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
23	8/25	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
24	8/25	9:00	19.7	20.2	H.H	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	19.7	20.2	H.H	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	19.6	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
29	8/29	9:00	19.6	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
30	9/1	9:00	19.7	20.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
31	9/1	9:00	19.7	20.2	H.H	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫②)

20 25 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒ 52803675 (4~9月)※恒②A
☐ 52803680 (10~3月)※恒②B

恒温庫: MIR-554-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2025 年 9 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
2	8/4	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
3	8/4	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	19.9	20.0	K.W	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
8	8/8	9:00	19.9	20.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
9	8/12	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
10	8/12	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
15	8/15	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
16	8/18	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
17	8/18	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
22	8/22	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
23	8/25	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
24	8/25	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
29	8/29	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
30	9/1	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
31	9/1	9:00	19.9	20.0	H.H	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 25 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022FF (4~9月)※冷①A☐528022E4 (10~3月)※冷①B

冷蔵庫:FMS-501G

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2025 年 9 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
2	8/4	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
3	8/4	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	4.5	5.0	R.W	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	4.5	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
8	8/8	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
9	8/12	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
10	8/12	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
15	8/15	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
16	8/18	9:00	4.5	4.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
17	8/18	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	4.5	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
22	8/22	9:00	4.5	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
23	8/23	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
24	8/25	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
29	8/29	9:00	4.5	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
30	9/1	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
31	9/1	9:00	4.6	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温③

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所②)

20 25 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022E6 (4~9月)※冷②A☐528022EA (10~3月)※冷②B

冷蔵庫:MPR-213FS

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2025 年 9 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	5.4	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
2	8/4	9:00	5.4	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
3	8/4	9:00	5.4	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	5.4	5.6	H.H	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	5.4	5.7	K.W	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	5.4	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	5.4	5.6	H.H	☒ Yes ☐ No	
8	8/8	9:00	5.4	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
9	8/12	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
10	8/12	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
15	8/15	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
16	8/18	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
17	8/18	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
22	8/22	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
23	8/23	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
24	8/23	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
25	8/24	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
29	8/29	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
30	9/1	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
31	9/1	9:00	5.5	5.7	H.H	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑥

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所③)

20 25 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022EC (4~9月)※冷③A☐528022FE (10~3月)※冷③B

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2025年 9 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	4.2	4.5	H.H	☒ Yes ☐ No	
2	8/4	9:00	4.2	4.6	H.H	☒ Yes ☐ No	
3	8/4	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	*1ERR0204/Aug/20251417
5	8/5	9:00	4.2	4.4	K.W	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
8	8/8	9:00	4.2	4.4	M.H	☒ Yes ☐ No	
9	8/12	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
10	8/12	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	4.2	4.5	H.H	☒ Yes ☐ No	
15	8/15	9:00	4.3	4.5	H.H	☒ Yes ☐ No	
16	8/18	9:00	4.1	4.5	H.H	☒ Yes ☐ No	
17	8/18	9:00	4.1	4.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	4.1	4.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	4.1	4.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	4.1	4.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	4.1	4.5	H.H	☒ Yes ☐ No	
22	8/22	9:00	4.0	4.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
23	8/25	9:00	4.1	4.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
24	8/25	9:00	4.1	4.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	4.1	4.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	4.1	4.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	4.1	4.5	H.H	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	4.1	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
29	8/29	9:00	4.1	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
30	9/1	9:00	4.2	4.5	H.H	☒ Yes ☐ No	
31	9/1	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 25 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒ 528022F6 (4~9月)※冷④A
☐ 528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2025 年 9 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	5.0	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
2	8/4	9:00	4.9	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
3	8/4	9:00	4.9	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	5.0	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	4.9	5.1	K.W	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	4.9	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	4.9	5.1	H.H	☒ Yes ☐ No	
8	8/8	9:00	5.0	5.2	H.H	☒ Yes ☐ No	
9	8/12	9:00	4.8	5.3	H.H	☒ Yes ☐ No	
10	8/12	9:00	4.8	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	4.8	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	4.8	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	4.7	5.2	H.H	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	4.7	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
15	8/15	9:00	4.9	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
16	8/18	9:00	4.7	5.0	H.H	☒ Yes ☐ No	
17	8/18	9:00	4.7	4.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	4.7	4.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	4.7	4.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	4.7	4.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	4.7	4.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
22	8/22	9:00	4.5	4.9	H.H	☒ Yes ☐ No	
23	8/23	9:00	4.5	4.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
24	8/25	9:00	4.6	4.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	4.6	4.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	4.5	4.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	4.5	4.7	H.H	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	4.4	4.8	H.H	☒ Yes ☐ No	
29	8/29	9:00	4.2	4.5	H.H	☒ Yes ☐ No	
30	9/1	9:00	4.2	4.4	H.H	☒ Yes ☐ No	
31	9/1	9:00	4.2	4.6	H.H	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント