

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 26 年 ^{x1} 3 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F3 (4~9月)※室A
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2021 年 3 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/2	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	9:00	21.4	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	*IBAR 02 Mar 2025 14.4
3	3/3	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	9:00	21.2	22.0	H.H	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/9	9:00	21.7	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/9	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	9:00	21.7	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	9:00	21.5	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	9:00	21.3	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	9:00	21.4	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/16	9:00	21.1	22.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/16	9:00	21.7	22.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	9:00	21.6	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	9:00	21.3	22.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	9:00	21.3	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/23	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/23	9:00	21.8	22.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/23	9:00	21.5	22.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	9:00	21.9	22.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	9:00	21.4	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	9:00	21.5	22.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	9:00	21.4	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	9:00	21.5	22.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/30	9:00	21.4	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/30	9:00	21.8	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	9:00	21.8	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫①)

20 26 年 3 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: 528022F4 (4~9月)※恒①A
528022AB (10~3月)※恒①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2026年3月31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/2	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/9	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/9	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/16	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/16	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/23	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/23	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/23	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/30	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/30	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑧ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫②)

20 26 年 3 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 52803675 (4~9月)※恒②A
52803680 (10~3月)※恒②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-554-PJ

確認日(西暦): 2026年3月31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/2	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/9	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/9	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/16	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/16	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/23	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/23	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/23	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	9:00	19.5	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/30	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/30	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	9:00	19.6	19.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	9:00	19.6	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 26 年 3 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022FF (4~9月)※冷①A

528022E4 (10~3月)※冷①B

冷蔵庫:FMS-501G

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2026年 3月 31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/2	9:00	4.3	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	9:00	4.3	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	9:00	4.6	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	9:00	4.5	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	9:00	4.3	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/9	9:00	4.3	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/9	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	9:00	4.3	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	9:00	4.3	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	9:00	4.3	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	9:00	4.6	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/16	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/16	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	9:00	4.5	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/23	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/23	9:00	4.5	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/23	9:00	4.5	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	9:00	4.5	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	9:00	4.5	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	9:00	4.5	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	9:00	4.6	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/30	9:00	4.1	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/30	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	9:00	4.1	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20. 26年 3 月

温度計:RTR501BL
 シリアル番号: □528022E6 (4~9月)※冷②A
 ☑528022EA (10~3月)※冷②B
 冷蔵庫:MPR-213FS

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2026年 3月 31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/2	9:00	5.1	5.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	9:00	5.1	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	9:00	4.9	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/9	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/9	9:00	5.0	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	9:00	5.0	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	9:00	5.0	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/16	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/16	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	9:00	5.0	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	9:00	5.0	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	9:00	5.0	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/23	9:00	5.2	5.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/23	9:00	5.2	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/23	9:00	5.2	5.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	9:00	5.2	5.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	9:00	5.1	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	9:00	5.3	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	9:00	5.3	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	9:00	5.3	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/30	9:00	5.3	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/30	9:00	5.3	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	9:00	5.3	5.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	9:00	5.3	6.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 26 年 3 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022EC (4~9月)※冷③A528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2026年 3 月 31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/2	9:00	4.6	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	9:00	4.6	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	9:00	4.6	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	9:00	4.8	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	9:00	4.8	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	9:00	4.7	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/9	9:00	4.8	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/9	9:00	4.8	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	9:00	4.8	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	9:00	4.8	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	9:00	4.9	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	9:00	4.9	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	9:00	4.9	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/16	9:00	4.8	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/16	9:00	4.8	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	9:00	4.8	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	9:00	4.8	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	9:00	4.9	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	9:00	4.3	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/23	9:00	4.4	4.5	H.H	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/23	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/23	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/30	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/30	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所④)

20 26 年 3 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号:□528022F6 (4~9月)※冷④A
☑528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高野 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2026年 3 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/2	9:00	5.2	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	9:00	5.2	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	9:00	5.2	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	9:00	5.2	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	9:00	5.2	5.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	9:00	5.3	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/9	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/9	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	9:00	5.6	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/16	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/16	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/23	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/23	9:00	5.6	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/23	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	9:00	5.2	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	9:00	5.2	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	9:00	5.2	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/30	9:00	5.2	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/30	9:00	5.2	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	9:00	5.2	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	9:00	5.2	5.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント