

2026年 8月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: ☒ 528022F3 (4~9月)※室A
☐ 528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 荒新 篤行

確認日(西暦): 2026年 8月 31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/3	9:00	21.0	21.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	8/3	9:00	21.5	21.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	8/3	9:00	21.4	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	21.1	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	21.0	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	21.1	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	21.1	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	8/10	9:00	21.0	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	8/10	9:00	21.4	21.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	8/10	9:00	21.5	21.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	21.2	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	21.6	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	21.2	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	21.1	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	8/17	9:00	* 19.8 21.3	* 20.0 21.9	T.T.	☒ Yes ☐ No	
16	8/17	9:00	* 19.9 21.9	* 20.0 21.9	T.T.	☒ Yes ☐ No	
17	8/17	9:00	* 19.9 21.6	* 20.0 21.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	* error T.T. 17Aug 2026
18	8/18	9:00	21.4	21.9	T.T.	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	21.4	22.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	21.3	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	21.4	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	8/24	9:00	21.5	22.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	8/24	9:00	21.4	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	8/24	9:00	21.5	21.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	21.4	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	21.1	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	21.2	21.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	21.1	21.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	8/31	9:00	21.1	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	8/31	9:00	21.5	21.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	8/31	9:00	21.4	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫①)

20 26 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒ 528022F4 (4~9月)※恒①A
☐ 528022AB (10~3月)※恒①B

治験薬管理者: 新野 篤行

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2026年 8月 31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/3	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	8/3	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	8/3	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	19.9	20.1	M.O	☐ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	8/10	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	8/10	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	8/10	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	19.7	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	8/17	9:00	19.8	20.1	T.T.	☒ Yes ☐ No	
16	8/17	9:00	19.9	20.1	T.T.	☒ Yes ☐ No	
17	8/17	9:00	19.9	20.1	T.T.	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	19.8	20.1	T.T.	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	8/24	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	8/24	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	8/24	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	8/31	9:00	19.8	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	8/31	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	8/31	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑧ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫②)

20 26 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒52803675 (4~9月)※恒②A☐52803680 (10~3月)※恒②B

治験薬管理者: 親野 篤行

恒温庫:MIR-554-PJ

確認日(西暦): 2026年 8月 31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/3	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	8/3	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	8/3	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	19.6	19.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	8/10	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	8/10	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	8/10	9:00	19.6	19.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	19.6	19.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	19.6	19.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	8/17	9:00	19.6	20.0	T.T	☒ Yes ☐ No	
16	8/17	9:00	19.6	20.0	T.T	☒ Yes ☐ No	
17	8/17	9:00	19.6	20.0	T.T	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	19.6	19.9	T.T	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	8/24	9:00	19.6	19.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	8/24	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	8/24	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	19.5	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	8/31	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	8/31	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	8/31	9:00	19.6	19.9	M.O	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

2026年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022FF (4~9月)※冷①A☐528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 親所 篤行

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2026年 8 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/3	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	8/3	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	8/3	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	8/10	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	8/10	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	8/10	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	8/17	9:00	4.4	4.9	T.T.	☒ Yes ☐ No	
16	8/17	9:00	4.4	4.9	T.T.	☒ Yes ☐ No	
17	8/17	9:00	4.4	4.9	T.T.	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	4.5	5.0	T.T.	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	4.6	5.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	4.6	5.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	4.6	5.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	8/24	9:00	4.4	5.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	8/24	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	8/24	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	8/31	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	8/31	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	8/31	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

2026年

8月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022E6

(4~9月)※冷②A

☐528022EA

(10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 親野 篤行

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2026年 8月 31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/3	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	8/3	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	8/3	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	8/10	9:00	5.4	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	8/10	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	8/10	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	5.5	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	8/17	9:00	5.5	5.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
16	8/17	9:00	5.5	5.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
17	8/17	9:00	5.5	5.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	5.5	5.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	5.5	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	5.5	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	5.5	5.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	8/24	9:00	5.3	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	8/24	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	8/24	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	5.3	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	5.4	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	5.4	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	5.4	5.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	8/31	9:00	5.5	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	8/31	9:00	5.5	5.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	8/31	9:00	5.5	5.7	M.O	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑥

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所③)

20 26 年 8 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: ☒ 528022EC (4~9月)※冷③A☐ 528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 植野 篤行

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2026年 8 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/3	9:00	4.6	5.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	8/3	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	8/3	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	4.6	5.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	4.6	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	4.6	5.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	8/10	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	8/10	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	8/10	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	8/17	9:00	4.6	5.6	T.T.	☒ Yes ☐ No	
16	8/17	9:00	4.6	4.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
17	8/17	9:00	4.6	4.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	4.6	4.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	4.6	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	4.3	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	8/24	9:00	4.4	5.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	8/24	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	8/24	9:00	4.6	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	4.6	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	4.6	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	8/31	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	8/31	9:00	4.7	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	8/31	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

2026年 8月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022F6 (4~9月)※冷④A☐528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 梶野 篤行

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2026年 8月 31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/3	9:00	4.1	4.4	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	8/3	9:00	4.0	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	8/3	9:00	4.1	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
4	8/4	9:00	4.0	4.4	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	8/5	9:00	4.2	4.4	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	8/6	9:00	4.2	4.4	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	8/7	9:00	4.1	4.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	8/10	9:00	4.2	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	8/10	9:00	4.4	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	8/10	9:00	4.5	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
11	8/12	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
12	8/12	9:00	4.5	4.2	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	8/13	9:00	4.5	4.2	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	8/14	9:00	3.6	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	8/17	9:00	3.9	4.4	T.T.	☒ Yes ☐ No	
16	8/17	9:00	4.1	4.4	T.T.	☒ Yes ☐ No	
17	8/17	9:00	4.1	4.4	T.T.	☒ Yes ☐ No	
18	8/18	9:00	4.1	4.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
19	8/19	9:00	4.5	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	8/20	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	8/21	9:00	4.4	5.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	8/24	9:00	4.5	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	8/24	9:00	4.5	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	8/24	9:00	4.5	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	8/25	9:00	4.3	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	8/26	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	8/27	9:00	4.5	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	8/28	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	8/31	9:00	4.3	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	8/31	9:00	4.5	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	8/31	9:00	4.5	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	

その他、コメント