

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

2026年 9月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: ☒528022F3 (4~9月)※室A
☐528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 新所 篤行

確認日(西暦): 2026年 9月 30日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	21.1	21.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	9/2	9:00	21.3	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	9/3	9:00	21.1	21.8	T.T	☒ Yes ☐ No	
4	9/4	9:00	21.2	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	9/7	9:00	21.4	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	9/7	9:00	21.4	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	9/7	9:00	21.6	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	9/8	9:00	21.3	22.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	9/9	9:00	21.2	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	9/10	9:00	21.4	21.9	T.T	☒ Yes ☐ No	
11	9/11	9:00	21.5	22.1	T.T	☒ Yes ☐ No	
12	9/14	9:00	21.4	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	9/14	9:00	21.6	22.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	9/14	9:00	21.6	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	9/15	9:00	21.6	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
16	9/16	9:00	21.3	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
17	9/17	9:00	21.3	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
18	9/18	9:00	21.2	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
19	9/24	9:00	21.1	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	9/24	9:00	21.6	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	9/24	9:00	21.7	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	9/24	9:00	21.6	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	9/24	9:00	21.8	22.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	9/24	9:00	21.7	22.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	9/25	9:00	21.5	22.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	9/28	9:00	21.3	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	9/28	9:00	21.4	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	9/28	9:00	21.6	21.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	9/29	9:00	21.4	21.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	9/30	9:00	21.3	22.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	/	:				☐ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫①)

20 26 年 9 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022F4 (4~9月)※恒①A
☐528022AB (10~3月)※恒①B

治験薬管理者: 税所 篤行

恒温庫:MIR-254

確認日(西暦): 2026年 9 月 30 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	9/2	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	9/3	9:00	19.9	20.1	T.T	☒ Yes ☐ No	
4	9/4	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	9/7	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	9/7	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	9/7	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	9/8	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	9/9	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	9/10	9:00	19.9	20.1	T.T	☒ Yes ☐ No	
11	9/11	9:00	19.9	20.1	T.T	☒ Yes ☐ No	
12	9/14	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	9/14	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	9/14	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	9/15	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
16	9/16	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
17	9/17	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
18	9/18	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
19	9/24	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	9/24	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	9/24	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	9/24	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	9/24	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	9/24	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	9/25	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	9/28	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	9/28	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	9/28	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	9/29	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	9/30	9:00	19.9	20.1	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	/	:				☐ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑧ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫②)

20 26 年 9 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒52803675 (4~9月)※恒②A
☐52803680 (10~3月)※恒②B

治験薬管理者: 祝所篤行

恒温庫:MIR-554-PJ

確認日(西暦): 2026年 9 月 30 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	19.5	19.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	9/2	9:00	19.5	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	9/3	9:00	19.5	20.0	T.T	☒ Yes ☐ No	
4	9/4	9:00	19.5	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	9/7	9:00	19.5	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	9/7	9:00	19.5	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	9/7	9:00	19.5	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	9/8	9:00	19.5	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	9/9	9:00	19.5	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	9/10	9:00	19.5	20.0	T.T	☒ Yes ☐ No	
11	9/11	9:00	19.5	20.0	T.T	☒ Yes ☐ No	
12	9/14	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	9/14	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	9/14	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	9/15	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
16	9/16	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
17	9/17	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
18	9/18	9:00	19.6	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
19	9/24	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	9/24	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	9/24	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	9/24	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	9/24	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	9/24	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	9/25	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	9/28	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	9/28	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	9/28	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	9/29	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	9/30	9:00	19.8	20.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	/	:				☐ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 26 年 9 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: ☒ 528022FF (4~9月)※冷①A
☐ 528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 税竹 篤竹

冷蔵庫: FMS-501G

確認日(西暦): 2026年 9月 30日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	9/2	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	9/3	9:00	4.4	4.9	T.T	☒ Yes ☐ No	
4	9/4	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	9/7	9:00	4.1	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	9/7	9:00	4.2	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	9/7	9:00	4.2	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	9/8	9:00	4.2	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	9/9	9:00	4.2	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	9/10	9:00	4.3	4.7	T.T	☒ Yes ☐ No	
11	9/11	9:00	4.3	4.7	T.T	☒ Yes ☐ No	
12	9/14	9:00	4.3	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	9/14	9:00	4.2	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	9/14	9:00	4.2	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	9/15	9:00	4.3	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
16	9/16	9:00	4.3	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
17	9/17	9:00	4.3	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
18	9/18	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
19	9/24	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	9/24	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	9/24	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	9/24	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	9/24	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	9/24	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	9/25	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	9/28	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	9/28	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	9/28	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	9/29	9:00	4.4	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	9/30	9:00	4.3	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	/	:				☐ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温③

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所②)

2026年 9月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒ 528022E6 (4~9月)※冷②A
☐ 528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 祝所 篤行

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2026年 9月 30日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	5.5	5.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	9/2	9:00	5.5	5.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	9/3	9:00	5.5	5.7	T.T.	☒ Yes ☐ No	
4	9/4	9:00	5.5	5.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	9/7	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	9/7	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	9/7	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	9/8	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	9/9	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	9/10	9:00	5.6	5.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
11	9/11	9:00	5.6	5.8	T.T.	☒ Yes ☐ No	
12	9/14	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	9/14	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	9/14	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	9/15	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
16	9/16	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
17	9/17	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
18	9/18	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
19	9/24	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	9/24	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	9/24	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	9/24	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	9/24	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	9/24	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	9/25	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	9/28	9:00	5.6	5.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	9/28	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	9/28	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	9/29	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	9/30	9:00	5.6	5.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	/					☐ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑥

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所③)

2026年 9月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: ☒528022EC (4~9月)※冷③A☐528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 税所 篤行

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2026年 9月 30日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	4.6	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	9/2	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	9/3	9:00	4.7	4.9	T.T	☒ Yes ☐ No	
4	9/4	9:00	4.7	5.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	9/7	9:00	4.7	5.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	9/7	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	9/7	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	9/8	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	9/9	9:00	4.6	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	9/10	9:00	4.6	4.9	T.T	☒ Yes ☐ No	
11	9/11	9:00	4.6	4.9	T.T	☒ Yes ☐ No	
12	9/14	9:00	4.5	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	9/14	9:00	4.6	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	9/14	9:00	4.5	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	9/15	9:00	4.6	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
16	9/16	9:00	4.6	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
17	9/17	9:00	4.3	5.2	M.O	☒ Yes ☐ No	
18	9/18	9:00	4.3	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
19	9/24	9:00	4.5	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	9/24	9:00	4.5	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	9/24	9:00	4.5	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	9/24	9:00	4.5	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	9/24	9:00	4.5	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	9/24	9:00	4.5	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	9/25	9:00	4.4	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	9/28	9:00	4.4	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	9/28	9:00	4.4	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	9/28	9:00	4.4	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	9/29	9:00	4.3	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	9/30	9:00	4.3	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	/	:				☐ Yes ☐ No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所④)

20 26年 9月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A

528022EE (10~3月)※冷④B

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 祝所 為行

確認日(西暦): 2026年 9月 30日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	9:00	4.4	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
2	9/2	9:00	4.4	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
3	9/3	9:00	4.3	4.6	T.T	☒ Yes ☐ No	
4	9/4	9:00	4.0	4.5	M.O	☒ Yes ☐ No	
5	9/7	9:00	4.0	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
6	9/7	9:00	4.1	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
7	9/7	9:00	4.1	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
8	9/8	9:00	4.1	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
9	9/9	9:00	4.1	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
10	9/10	9:00	4.0	4.3	T.T	☒ Yes ☐ No	
11	9/11	9:00	4.0	4.3	T.T	☒ Yes ☐ No	
12	9/14	9:00	4.1	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
13	9/14	9:00	4.1	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
14	9/14	9:00	4.1	4.3	M.O	☒ Yes ☐ No	
15	9/15	9:00	4.1	4.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
16	9/16	9:00	4.4	4.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
17	9/17	9:00	4.4	4.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
18	9/18	9:00	4.4	4.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
19	9/24	9:00	4.3	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
20	9/24	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
21	9/24	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
22	9/24	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
23	9/24	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
24	9/24	9:00	4.7	4.9	M.O	☒ Yes ☐ No	
25	9/25	9:00	4.2	5.0	M.O	☒ Yes ☐ No	
26	9/28	9:00	4.3	4.7	M.O	☒ Yes ☐ No	
27	9/28	9:00	4.3	4.5	M.O	☒ Yes ☐ No	
28	9/28	9:00	4.3	4.5	M.O	☒ Yes ☐ No	
29	9/29	9:00	4.2	4.6	M.O	☒ Yes ☐ No	
30	9/30	9:00	4.1	4.8	M.O	☒ Yes ☐ No	
31	/	:				☐ Yes ☐ No	

その他、コメント