

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 24 年 4 月

温度計: Saveris T1D

シリアル番号: 02551822/304

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 5月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/2	8:30	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/3	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/4	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/5	8:30	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/8	8:30	21.5	21.6	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/8	8:30	21.6	21.7	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	8:30	21.6	21.7	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/9	8:30	21.6	21.8	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/10	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/11	8:30	21.5	21.7	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/12	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/15	8:00	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/15	8:00	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	21.6	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/17	8:30	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/18	8:30	21.5	21.7	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/19	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/22	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/22	8:30	21.6	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/22	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/23	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/24	8:30	21.5	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/25	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/26	8:30	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/30	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/30	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	8:30	21.5	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/1	8:30	21.4	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 4 月

温度計: Delta TRAK12218-01

シリアル番号:

恒温庫: MIR-254

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024 年 5 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	8:30	18.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	8:30	18.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:30	18.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	8:30	18.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	8:30	18.5	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	8:30	18.6	20.1	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	18.6	20.1	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:30	18.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	18.6	20.1	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	8:30	18.5	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	18.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:30	18.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:30	18.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	18.6	20.0	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	18.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	8:30	18.8	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	8:30	18.8	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:30	18.8	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	8:30	18.9	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	8:30	18.9	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	8:30	18.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 24 年 4 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

冷蔵庫:FMS-501G

治験薬管理者: 高砂 菜穂子

確認日(西暦): 2024年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/2	8:30	5.1	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/3	8:30	5.1	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/4	8:30	5.1	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/5	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/8	8:30	5.0	5.9	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/8	8:30	5.0	5.9	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	8:30	5.0	5.9	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/9	8:30	5.0	5.9	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/10	8:30	4.8	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/11	8:30	4.8	5.8	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/12	8:30	4.8	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/15	8:00	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/15	8:00	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/16	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/17	8:30	4.7	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/18	8:30	4.5	5.8	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/19	8:30	4.5	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/22	8:30	4.7	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/22	8:30	4.9	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/22	8:30	4.9	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/23	8:30	4.9	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/24	8:30	4.9	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/25	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/26	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/30	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/30	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/1	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所②)

20 24 年 4 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10416039

冷蔵庫: MPR-213FS

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年5月1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	8:30	4.8	6.0	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	4.8	6.0	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	4.8	6.0	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	4.8	6.0	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 4 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10416036

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	8:30	4.1	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	8:30	4.0	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:30	4.1	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	8:30	4.1	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	8:30	4.1	5.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	8:30	4.4	4.9	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	4.4	4.9	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:30	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	4.4	4.9	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	8:30	4.4	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	4.7	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	4.3	4.8	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	3.9	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	8:30	4.2	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	8:30	4.1	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 24 年 4 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10416036

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	8:30	3.4	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	8:30	3.6	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:30	3.6	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	8:30	3.6	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	8:30	3.6	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	8:30	3.7	4.5	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	3.8	4.5	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:30	3.7	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	3.8	4.5	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	8:30	3.7	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	3.8	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:30	3.8	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:30	3.8	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	3.8	4.6	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	3.8	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	8:30	3.7	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	8:30	3.8	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:30	3.7	4.5	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	8:30	3.8	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	8:30	3.7	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	8:30	3.8	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント