

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 6 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F4 (4~9月)※恒A
528022AB (10~3月)※恒B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2024年 7月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/3	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	9:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	9:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/4	8:30	19.6	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	9:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	9:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/10	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/11	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	9:00	19.7	20.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/14	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/18	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	9:00	19.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/24	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/25	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/1	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

Xerror
K.W/17/24
2024

その他、コメント

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 24 年 6 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F3 (4~9月)※室A
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 7月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/3	9:00	20.9	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	9:00	21.1	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	9:00	21.1	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/4	8:30	21.3	21.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	21.1	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	9:00	20.9	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	9:00	20.7	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/10	9:00	20.9	21.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	9:00	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	9:00	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/11	9:00	20.8	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	9:00	21.0	21.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	9:00	20.5	21.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	9:00	21.0	21.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/17	9:00	20.8	21.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	9:00	21.2	21.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	9:00	21.3	21.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/18	9:00	21.3	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	9:00	21.1	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	9:00	21.3	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	9:00	21.3	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/24	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	9:00	21.6	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	9:00	21.6	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/25	9:00	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	9:00	21.5	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	9:00	21.5	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	9:00	21.5	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/1	9:00	21.3	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	9:00	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24 年 6 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022FF (4~9月)※冷①A
528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2024年 7 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/3	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/4	8:30	4.5	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	4.5	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/10	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	9:00	4.6	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/11	9:00	4.5	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	9:00	4.5	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	9:00	4.5	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/17	9:00	4.5	4.9	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/18	9:00	4.5	5.0	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	9:00	4.5	4.9	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	9:00	4.3	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	9:00	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/24	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	9:00	4.2	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/25	9:00	4.2	4.7	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	9:00	4.2	4.7	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	9:00	4.2	4.7	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	9:00	3.8	4.7	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/1	9:00	3.8	4.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	9:00	3.8	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 24 年 6 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022E6 (4~9月)※冷②A
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦):2024年7月1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/3	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/4	8:30	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	5.6 5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/10	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/11	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/17	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/18	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/24	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/25	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/1	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 6 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022EC (4~9月)※冷③A528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024 年 7 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/3	9:00	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/4	8:30	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/10	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/11	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/17	9:00	4.4	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/18	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	9:00	4.3	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/24	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/25	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	9:00	4.3	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/1	9:00	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 6 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 菜和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 7月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/3	9:00	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	9:00	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/4	8:30	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	9:00	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/10	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	9:00	4.5	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/11	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/17	9:00	4.4	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	9:00	4.4	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/18	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	9:00	4.1	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	9:00	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/24	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	9:00	4.4	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/25	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	7/1	9:00	4.2	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント