

20 24 年 9 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F3 (4~9月)※室A
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 10月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	9:00	21.4	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	9:00	21.5	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/4	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/5	9:00	21.1	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/6	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	9:00	21.2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	9:00	21.5	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	9:00	21.1	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/11	9:00	21.1	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/12	9:00	21.7 *1	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/13	9:00	21.1	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	9:00	21.5	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	9:00	21.5	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/18	9:00	21.2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/19	9:00	21.1	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/20	9:00	21.1	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/21	9:00	20.8	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/22	9:00	21.5	21.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/23	9:00	21.4	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	9:00	21.6	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/25	9:00	21.3	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/26	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/27	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	9:00	21.1	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	9:00	21.4	21.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	9:00	21.5 *2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

*1 ERROR
12 Sep 2024
H.H

~~*1 ERROR~~ *2 ERROR 30 Sep 2024 H.H

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24 年 9 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022FF (4~9月)※冷①A
528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2024年 9月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/4	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/5	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/6	9:00	4.2	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	9:00	4.1	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	9:00	4.2	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	9:00	4.2	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	9:00	4.2	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/11	9:00	4.2	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/12	9:00	4.2	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/13	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/18	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/19	9:00	4.3	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/20	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/21	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/22	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/23	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/25	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/26	9:00	4.4	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/27	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	9:00	4.4	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 24 年 9 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022E6 (4~9月)※冷②A
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2024 年 10 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/4	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/5	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/6	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/11	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/12	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/13	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/18	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/19	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/20	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/21	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/22	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/23	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/25	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/26	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/27	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	9:00	5.6	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 24 年 9 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022EC (4~9月)※冷③A
528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024 年 10 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/4	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/5	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/6	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	9:00	3.9	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/11	9:00	4.2	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/12	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/13	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	9:00	4.1	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/18	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/19	9:00	3.9	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/20	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/21	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/22	9:00	4.3	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/23	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/25	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/26	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/27	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 9 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024 年 10 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/4	9:00	4.0	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/5	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/6	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/11	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/12	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/13	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/18	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/19	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/20	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/21	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/22	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/23	9:00	4.1	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	9:00	4.2	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/25	9:00	4.3 ^{X1} 4.0	4.6 ^X 4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/26	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/27	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	9:00	4.0	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント
 * ERROR 25 Sep 2024 H.H

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 9 月

温度計:RTR501BL
 シリアル番号: 528022F4 (4~9月)※恒A
528022AB (10~3月)※恒B
 恒温庫: MIR-254

治験薬管理者: 高砂 美和子
 確認日(西暦): 2024 年 10 月 [] 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/4	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/5	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/6	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	9:00	19.7	19.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/11	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/12	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/13	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/18	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/19	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/20	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/21	9:00	19.7	20.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/22	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/23	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/25	9:00	19.6	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/26	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/27	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	9:00	19.7	20.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント