

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 11 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F4 (4~9月)※恒A  
528022AB (10~3月)※恒B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫:MIR-254

確認日(西暦): 2024 年 12 月 2 日

※1  
ERROR  
01 NOV  
2024  
H.H  
  
※2  
ERROR  
05 NOV  
2024  
H.H  
  
※3  
ERROR  
19 NOV  
2024  
H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/1	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/2	9:00	19.8	20.1 <sup>x2</sup>	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/3	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/4	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/5	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/6	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/7	9:06	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/8	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/9	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/10	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/11	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/12	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/13	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/14	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/15	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/16	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/17	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/18	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/19	9:00	19.8	20.1 <sup>x3</sup>	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/20	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/21	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/22	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/23	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/24	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/25	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/26	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/27	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/28	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/29	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/30	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 24 年 11 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F3 (4~9月)※室A

□528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 12月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/1	9:00	21.5	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/2	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/3	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/4	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/5	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/6	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/7	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/8	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/9	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/10	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/11	9:00	21.5	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/12	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/13	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/14	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/15	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/16	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/17	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/18	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/19	9:00	21.3	22.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/20	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/21	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/22	9:00	21.3	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/23	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/24	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/25	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/26	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/27	9:00	21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/28	9:00	21.1	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/29	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/30	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24年 11月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022FF (4~9月)※冷①A

☑528022E4 (10~3月)※冷①B

冷蔵庫:FMS-501G

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 12月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/1	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/2	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/3	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/4	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/5	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/6	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/7	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/8	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/9	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/10	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/11	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/12	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/13	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/14	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/15	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/16	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/17	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/18	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/19	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/20	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/21	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/22	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/23	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/24	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/25	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/26	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/27	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/28	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/29	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/30	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所②)

20. 24 年 11 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022E6 (4~9月)※冷②A  
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2024 年 12 月 2 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/1	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/2	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/3	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/4	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/5	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/6	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/7	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/8	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/9	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/10	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/11	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/12	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/13	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/14	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/15	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/16	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/17	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/18	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/19	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/20	9:00	5.5	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/21	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/22	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/23	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/24	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/25	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/26	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/27	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/28	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/29	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/30	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 11 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022EC (4~9月)※冷③A  
528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 12月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/1	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/2	9:00	3.7	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/3	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/4	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/5	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/6	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/7	9:00	3.7	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/8	9:00	3.6	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/9	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/10	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/11	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/12	9:00	3.8	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/13	9:00	3.7	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/14	9:00	3.5	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/15	9:00	3.4	3.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/16	9:00	3.3	3.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/17	9:00	3.5	3.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/18	9:00	3.5	3.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/19	9:00	3.3	3.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/20	9:00	3.5	3.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/21	9:00	3.5	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/22	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/23	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/24	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/25	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/26	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/27	9:00	4.2	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/28	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/29	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/30	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 11 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A

528022EE (10~3月)※冷④B

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024 年 12 月 2 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/1	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/2	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/3	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/4	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/5	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/6	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/7	9:00	4.3	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/8	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/9	9:00	4.2	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/10	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/11	9:00	4.3	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/12	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/13	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/14	9:00	4.1	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/15	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/16	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/17	9:00	4.3	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/18	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/19	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/20	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/21	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/22	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/23	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/24	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/25	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/26	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/27	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/28	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/29	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/30	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント