

20 25 年 / 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F4 (4~9月)※恒A
528022AB (10~3月)※恒B

恒温庫:MIR-254

X1 FPROR 16 Jun 2025
H.H

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2025年 2月3日

日	確認日 #1	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	1/3	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	1/3	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	1/3	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/3	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/3	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/6	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	1/7	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	1/8	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	1/9	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/10	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/11	9:00	19.8	20.1	A.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/11	9:00	19.8	20.1	A.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/11	9:00	19.9	20.1	A.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	1/11	9:00	19.8	20.1	A.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	1/15	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/16	9:00	19.9	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/17	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/20	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/20	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/20	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	1/21	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	1/22	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/23	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/24	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/27	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/27	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/27	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/28	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/29	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/30	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/31	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 25 年 / 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: □528022F3 (4~9月)※室A
 ☑528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美初子

確認日(西暦): 2025年 2月 3 日

*1 ERROR
16 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	1/3	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	1/3	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	1/3	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/3	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/3	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/6	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	1/7	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	1/8	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	1/9	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/10	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/14	9:00	21.5	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/14	9:00	21.4	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/14	9:00	21.5	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	1/14	9:00	21.4	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	1/15	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/16	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/17	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/20	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/20	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/20	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	1/21	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	1/22	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/23	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/24	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/27	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/27	9:00	21.4	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/27	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/28	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/29	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/30	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/31	9:00	21.5	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 25 年 | 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022FF (4~9月)※冷①A
 □528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2025年 2月 3日

*1 ERROR 16 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	1/7 6	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	1/7 6	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	1/7 6	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/7 6	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/7 6	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/6	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	1/7	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	1/8	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	1/9	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/10	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/14	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/14	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/14	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	1/14	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	1/15	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/16	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/17	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/20	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/20	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/20	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	1/21	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	1/22	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/23	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/24	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/27	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/27	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/27	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/28	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/29	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/30	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/31	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 25 年 / 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022E6 (4~9月)※冷②A
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2025年 2月 3日

*1 ERROR /6 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	1/7	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	1/8	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	1/9	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/10	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/11	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/12	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	1/13	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	1/14	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	1/15	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/16	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/17	9:00	5.4	5.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/18	9:00	5.4	5.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/19	9:00	5.4	5.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	1/20	9:00	5.4	5.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	1/21	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/22	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/23	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/24	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/25	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/26	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	1/27	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	1/28	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/29	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/30	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/31	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 25 年 / 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022EC (4~9月)※冷③A
□528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2025年 2月3日

16 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	1/7	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	1/8	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	1/9	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/10	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/11	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/12	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	1/13	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	1/14	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	1/15	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/16	9:00	4.0	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/14	9:00	3.9	4.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/14	9:00	4.0	4.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/14	9:00	4.0	4.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	1/14	9:00	4.0	4.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	1/15	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/16	9:00	3.7	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/17	9:00	3.6	3.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/20	9:00	3.7	3.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/20	9:00	3.7	3.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/20	9:00	3.7	3.9	H.M	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	1/21	9:00	3.7	3.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	1/22	9:00	3.7	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/23	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/24	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/27	9:00	3.9	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/27	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/27	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/28	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/29	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/30	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/31	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 25 年 / 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F6 (4~9月)※冷④A
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2025年 2月 3日

*1 ERROR
16 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	1/7	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	1/8	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	1/8	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/8	9:00	4.1	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/8	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/6	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	1/7	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	1/8	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	1/9	9:00	3.9	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/10	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/14	9:00	3.8	4.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/14	9:00	3.8	4.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/14	9:00	3.9	4.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	1/14	9:00	3.9	4.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	1/15	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/16	9:00	3.7	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/17	9:00	3.8	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/20	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/20	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/20	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	1/21	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	1/22	9:00	4.0 3.7 *1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	*2 ERROR 22 Jan 2025 H.H
23	1/23	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/24	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/27	9:00	3.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/27	9:00	3.8	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/27	9:00	3.8	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/28	9:00	3.8	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/29	9:00	3.8	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/30	9:00	3.8	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/31	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント